Kontrolle von Sicherheitsschränken

Datum:

Raum-Nr:															
Scharniere ölen															
Stift der Scharniere ausgewandert?															
Schließstangen der Verriegelung/Schloss ölen															
Schließfedermechanismus ölen															
Auslösemechanismus der Tür ölen															
Auslösemechanismus: Auslösetemperatur 40 °C															
Türdichtungen fest?															
Spaltmaß bei geschlossener Tür gleichmäßig?															
Führungsschienen der Tür reinigen															
Scharniere / Dichtflächen reinigen															
Regalböden kontrollieren, gfls. reinigen															
Be-/Entlüftungsschacht abklopfen/ausspülen															
Gleitrollen der Türen ölen															
Schließstangenköpfe fetten															
Luftansaugöffnung: Schließmechanismus kontrollieren und ölen															
Türauslösemechanismus mit Fön bis zur Auslösung anblasen. Schließt die Tür? Nach Erkalten rückstellen.															
Lufteinstrom Absaugöffnung Kleiner Schrank > 0,27 / großer Schrank > 0,25 Gasflaschenschrank > 0,11															
Schließt die Tür aus jeder Stellung? Gleitet die Tür leicht ins Schloss?															
Erdung vorhanden?															