Kontrolle von Sicherheitsschränken

Datum:

	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06	36.01		36.02	36.03	36.15	36.16 Druckgas-flaschenschränke		
Scharniere ölen														
Stift der Scharniere ausgewandert?														
Schließstangen der Verriegelung/Schloss ölen														
Schließfedermechanismus ölen												X	X	X
Auslösemechanismus der Tür ölen		X			X		X	X		X		X	X	X
Auslösemechanismus: Auslösetemperatur 40 °C		X			X		X	X		X		X	X	X
Türdichtungen fest?														
Spaltmaß bei geschlossener Tür gleichmäßig?														
Führungsschienen der Tür reinigen		X			X		X	X		X		X	X	X
Scharniere / Dichtflächen reinigen														
Regalböden kontrollieren, gfls. reinigen														
Be-/Entlüftungsschacht abklopfen/ausspülen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Gleitrollen der Türen ölen		X			X		X	X		X		X	X	X
Schließstangenköpfe fetten												X	X	X
Luftansaugöffnung: Schließmechanismus kontrollieren und ölen		X			X		X	X		X				
Türauslösemechanismus mit Fön bis zur Auslösung anblasen. Schließt die Tür? Nach Erkalten rückstellen.		X			X		X	X		X		X	X	X
Lufteinstrom Absaugöffnung Kleiner Schrank > 0,27 / großer Schrank > 0,25 Gasflaschenschrank > 0,11														
Schließt die Tür aus jeder Stellung? Gleitet die Tür leicht ins Schloss?												X	X	X
Erdung vorhanden?														